

Opća županijska bolnica Požega
Požega, Osječka 107
Ur. broj : 02-610/2-2016
Datum: 02. ožujka 2016. god.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet : Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje br. 1
Predmet nabave : Respirator za trajnu ventilaciju, CPV - 33157400-9
Poziv na nadmetanje objavljen na Internet stranici naručitelja za objavu nadmetanja bagatelne nabave,
<http://www.pozeska-bolnica.hr/wp/nabava-po-internom-aktu/> dana 22. veljače 2016. god.

Sukladno odredbama članka 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) provodi se postupak javne nabave na koji se ovaj Zakon ne primjenjuje i raspisan je temeljem odredbi Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur. broj: 01-51/3-8-2014, od dana 30. siječnja 2014.god. i ur.broj: 01-51/9-1/8-2014 od 19. svibnja 2014. god.

Primjenom odredbi članka 31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) predmetni zahtjev za pojašnjenjem je nepravodoban. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Zainteresirani gospodarski subjekt poslao je dana 01. ožujka 2016. god., u 19,01 sati, zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje :

„U opisu zahtjevanih tehničkih karakteristika molimo vas za razjašnjenje sljedećih stavki:

1.3.3.1. „Protokol temeljen na bazi znanja (engl. knowledge based system)" - molimo vas pojašnjenje stavke jer nije jasno o kakvom se protokolu radi iz samog teksta stavke.

1.3.7. „Pneumatski nebulizator sa sinkronizacijom nebulizacije s fazom inspirija i automatskim timerom, minimalno dostupni intervali od 5, 10, 15 i 30 minuta" - molimo vas za informaciju da li je prihvatljiv mehanički elektronski kontroliran nebulizator s microjet raspršivačem pošto se sa spomenutom tehnologijom postižu značajno manje finije čestice“.

Odgovor :

1.3.3.1.

Naručitelj je prilikom raspisivanja javne nabave u tehničkoj specifikaciji jasno i nedvojbeno odredio minimalne tehničke karakteristike koju ponuđena roba treba zadovoljiti. Tehnička specifikacija izrađena je sukladno kliničkim zahtjevima naručitelja, te u cijelosti prema članku 81. ZJN, na način da omogućavaju jednak pristup svim ponuditeljima.

1.3.7.

Naručitelj je prilikom raspisivanja javne nabave u tehničkoj specifikaciji odredio jasno i nedvojbeno minimalne tehničke karakteristike spomenutom točkom 1.3.7., koju ponuđeni uređaji trebaju zadovoljiti. Svako rješenje koje udovoljava traženim tehničkim karakteristikama, biti će prihvatljivo.



OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA